



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Sayı :E-32319748-934.01.04-9747

Konu : Tıbbi sarf malzeme alımı hk.

TEKLİF MEKTUBU
(İLGİLİ ADAYLARA)

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ve Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı kliniğinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımı ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV hariç fiyat teklifinizi vermenizi , teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

Nilgün Gülten İMRE
Fakülte Sekreteri

Ek:Genel hususlar ve teknik şartname

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BEA5KRFFN Pin Kodu :04422

Belge Takip Adresi :
https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BEA5KRFFN

Adres:Ali Şevki Erek Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat
Telefon:0356 214 84 45 Faks:0356 214 84 45
e-Posta:satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr Web:http://disfak.gop.edu.tr
Kep Adresi:gaziosmanpasa.universitesi@hs03.kep.tr

Bilgi için: Ferhat Özcan
Unvanı: Satınalma Birim Sorumlusu



Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.\n Evrak doğrulaması {VALURL} adresinden yapılabilir.

Sıra No	Mal ve Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktar	Birim	UTS	Marka	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Cerrahi Lindeman Frez	10	Adet				
2	MikroSaw Reciprocating(İleri-Geri) Testere Ucu	10	Adet				
3	Çocuk Ölçü Kaşıkları	70	SET				
KDV HARİÇ GENEL TOPLAM							

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını katma değer vergisi hariç (rakamla)(yazıyla).....
.....
.....

karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

Bu bölümün altına kaşenizi
vurunuz ve yetkili imzanızı atınız.

FİRMA KAŞE

ADI SOYADI İMZA

İKİNCİ BÖLÜM

Teslimat sürenizi ve KDV oranınızı 6-7. Maddelerde belirtiniz. Ödemelerimiz teslim ve kabule istinaden 7-10 gündür.

Teklif Esas Genel Hususlar

- 1- Son Başvuru Tarih ve Saati** : 15/02/2020 Pazartesi günü Saat: 16.00 Tel&Faks-
0356 214 84 45
- 2- Teklif Başvuru Yeri** : Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ali Şevki EREK
Yerleşkesi Satın alma Birimi
Merkez/ TOKAT

- satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr e-posta adresine ya da 0356 214 84 45 numaralı faksa gönderebilirsiniz.
- 3- **Tekliflerinizi verebileceğiniz şekiller** Kargo veya posta yoluyla gönderekseniz zarf kaşeli imzalı olarak kapatılmış olmalıdır.
- 4- **Doğrudan alım duyurusunun görüleceği yerler** : Satın alma Birimimiz ve <http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx> web adresidir.
- 5- **Teklif Türü** : Birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif verilebilecektir.Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. Birden fazla fiyat teklifi kabul edilmeyecektir.
- 6- **Teslimat sürenizi buraya belirtiniz** Gün.....Ay
- 7- **KDV oranını buraya belirtiniz.** %.....
- 8- **Kaşenizi vurduktan sonra yetkili imzasını da teklif cetvelinin altına atınız.** Teklifinizi sunacağımız belgeyi kaşeledikten sonra teklif verme yetkaliniz tarafından imza atılacak ve teklifiniz yazı ile de belirtilecektir.
- 9- **Teknik şartname ekte yer almaktadır.** Değerlendirme de öncelik fiyat esas esası olacaktır. Ancak kliniklerde ki sorumlular tarafından malzemenin Teknik şartnameye uygunluğu, marka model tercihleri ya da teslimat süreleri ve gerektiğinde demo yapılması değerlendirmede yer alacaktır.Numune konusunda teknik şartnamede yer alan bilgiler esastır. Şartnamede numune istenmemişse ve daha sonra numune talep edilirse verilen süre içerisinde istekliler numunelerini vermek zorundadır.
- 10- **Teslimat yeri ve Şartları** **Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Aynıyat Birimi teslim yeridir.** Vereceğiniz tekliflerde ki bilgiler teslimat süresi, marka, model, ubb vb. gibi belirleyici unsurlar sipariş mektubuna esas olacağından açıklayıcı olmalıdır. Siparişler zamanında ve tam olarak teslim edilmelidir.

1- CERRAHİ LİNDEMAN FREZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Orijinal ambalajında olacak, sonradan ambalajlanmış olmayacaktır.
- 2-Frezin uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları orijinal ambalaj üzerinde bulunacaktır.
- 3-Frez Paslanmaz Çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 4-135 C° de otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.
- 5-Fakültemiz cerrahi kliniğimizde kullanılan piyasamenlere uyumlu olmalıdır.
- 6-Kısa zamanda aşınmamalı ve dayanıklı olmalıdır.
- 7-Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
- 8-Ürünler orijinal ambalajı üzerinde üretildiği ülke, frezin ISO numarası ve hız değerleri (en yüksek ve optimum değerleri) yazılı olmalıdır.
- 9-Frezin sap kısmı ISO 1797 standartlarına uygun olmalıdır.(bu özellik orijinal katalogunda belirtilmiş olmalıdır)
- 10-Frez çap kısmı ISO 6360 standartlarına uygun olmalıdır.(bu özellik orijinal katalogunda belirtilmiş olmalıdır.)
- 11-Orijinal ambalajı üzerinde frezin kullanım için gerekli maksimum devri belirtilmiş olacaktır.
- 12-Cerrahi amaçlı özel imal edilmiş kesici yüzeyleri parlak olacaktır. Kesici yüzeyleri kullanıldığında hemen deforme olmayacak özellikte olmalıdır.
- 13-Frezin kesici özelliği olan kısmının uzunluğu 30-35 mm arasında olmalıdır.
- 14-Numune verilmedir. Numune ile birlikte orijinal katalog verilecektir. Katalogda her bir özellikleri (çap numarası, kuşakları, nerede kullandıkları vb.) ayrı ayrı gösterilecektir
- 15-Numuneler denenecektir ve klinik beğeni sonucu karar verilecektir. Kurumumuz ihtiyaç duyması halinde firmalardan tekrar numune isteyebilecektir.
- 16-Ürünün Sağlık Bakanlığına ve TITUBB'a kayıt bildirim işlemleri tamamlanmış olmalıdır.

2- MİKRO SAW RECİPROCATING(İLERİ-GERİ) TESTERE UCU

- 1-Özellikle kemik kesilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Dikey hareketi yaparak çalışmalıdır.
- 3-Testere dikeyde 1.8 mm. ileri-geri hareket edebilmelidir.

- 4-Testere ağız en fazla 0.35 mm. kalınlığında olmalıdır.
- 5-İzin verilen maksimum hız sınırı 20.000 devir/dk. olmalıdır.
- 6-Testere ucu, 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilmelidir.
- 7-Kesici kenarı 20 mm. uzunluğunda olmalıdır
- 8-Anabilim dalımızda hazır bulunan testere piyasemenler ile uyumlu olmalıdır.
- 9-Numune görülecektir.

1) ÇOCUK ÖLÇÜ KAŞIKLARI

- a) Özel plastikten yapılmış olmalıdır.
- b) ISO standartlarına uygun olacaktır.
- c) Takım halinde(1 alt 1 üst çene şeklinde) olmalıdır.
- d) Renkli olmalıdır.
- e) Mavi renk 3 numara, yeşil renk 4 numara olmalıdır. (20 SET 3 NUMARA MAVİ RENK, 50 SET 4 NUMARA YEŞİL OLMALIDIR.)

***** ÖNEMLİ: MALZEMELERİN NUMUNELERİNİ TEKLİF BİTİŞ TARİH VE SAATİNE KADAR TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AYNİYAT BİRİMİ ZEMİN KAT MERKEZ/TOKAT ADRESİNE GÖNDERİNİZ.**