

NONSTERİL ELDİVEN HYPOALLERJENİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nonsteril olmalıdır.
2. Eldiven ve ambalajında yırtık olmamalıdır.
3. Eldivenler numaralan ile uyumlu olmalıdır
4. Bilek kısmı çok bol olmamalı bileği sarmalıdır.
5. Sağlam ve esnek olmalı, delik olmamalı, kolay yırtılabilir ve kopabilir olmamalı.
6. Kolay giyilebilir olmalıdır.
7. Pudrasız olmalıdır.
8. Latex içermelidir.
9. Her bir kutuda 100 adet olmalıdır.
10. Orijinal ambalajında her bir numaradan numune getirilmelidir.
11. Ürün Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
12. Son kullanma tarihi depo tesliminden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

TOGU, Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü
Şenol KOÇBAY
Başhemsire Yardımcısı

NONSTERİL ELDİVEN HYPOALLERJENİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nonsteril olmalıdır.
2. Eldiven ve ambalajında yırtık olmamalıdır.
3. Eldivenler numaralan ile uyumlu olmalıdır
4. Bilek kısmı çok bol olmamalı bileği sarmalıdır.
5. Sağlam ve esnek olmalı, delik olmamalı, kolay yırtılabilir ve kopabilir olmamalı.
6. Kolay giyilebilir olmalıdır.
7. Pudrasız olmalıdır.
8. Latex içermelidir.
9. Her bir kutuda 100 adet olmalıdır.
10. Orijinal ambalajında her bir numaradan numune getirilmelidir.
11. Ürün Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
12. Son kullanma tarihi depo tesliminden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

TOGU, Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü
Şenol KOÇBAY
Başhemsire Yardımcısı